

Офтальмоскопическая экзаменационная лампа HEINE

Руководство пользователя.

Примечание:

Перед использованием офтальмоскопической экзаменационной лампы HEINE внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Область применения:

Данный прибор предназначен для обследования глаза, особенно переднего сегмента глаза.

Требования безопасности:

Используйте источники питания, предназначенные для медицинских приборов.

Использование прибора и его функции

Вращая регулятор (1), вы можете выбрать одну из трех диафрагм, синий фильтр или щелевую диафрагму.

Изображения, формируемые диафрагмами, фокусируются на расстоянии 100 мм и имеют следующие размеры:

Большая диафрагма и синий фильтр:	10,5 мм диам.
Средняя диафрагма:	6,5 мм диам.
Малая диафрагма:	4 мм диам.
Щелевая диафрагма:	10,5 x 0,7 мм

Замена лампы

Примечание: Исправная работа прибора гарантируется только при использовании фирменных ламп HEINE.

- Отсоедините лампу от рукоятки.
- Если лампа имеет автоматический коннектор (2), отвинтите его от головки лампы.
- Вытащите использованную лампочку из головки экзаменационной лампы.
- Протрите чистой тканью новую лампочку и установите ее.
- При необходимости привинтите автоматический коннектор (2) обратно к головке лампы. Прикрепите лампу к рукоятке.

Обслуживание и очистка

Протрите корпус слабым чистящим средством и мягкой тканью. Для очистки линз используйте ватный тампон, смоченный спиртом. Протрите линзу спиральным движением, начиная с центра линзы.

Запасные части и аксессуары

Галогенная лампа HEINE XHL 2,5 V	X-01.88.032
Галогенная лампа HEINE XHL 3,5 V	X-02.88.047
Запасная галогенная лампа HEINE XHL 2,5 V для HEINE alpha	X-01.88.043

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

